BANC DE SANG I TEIXITS	**Detecció de Mycoplasma (ATP-luminescència)**
	CEL025

Informació clínica

Utilitat diagnòstica:
Aquesta prova s'utilitza per la detecció de contaminació per Mycoplasma tant de cèl·lules en cultiu com de medis o suplements emprats en processos de producció cel·lular.

Mètode:
Luminescència

Valors de referència
Es determina la presencia o no de Mycoplasma en la mostra segons els següents valors

Interpretació de resultats	
<1	Negatiu
1 - 1.2	Zona gris
>1.2	Contaminació per Mycoplasma

Algoritme diagnòstic:
No aplica.

Temps de resposta:
1 dia.

Informació sobre l'espècimen

Mostra: Sobrenedant de cèl·lules en cultiu, medis de cultiu, suplement de cultiu i altres reactius.
Tub: Tub sense additiu
Volum mínim: 2 mL
Estabilitat:

- A temperatura ambient: 24 hores
- En refrigeració: 5 dies
- Criopreservat a -80ºC : 6 mesos

Instruccions de transport: mostres refrigerades o congelades.
Motiu de rebuig: Mostres amb temps per sobre del temps d'estabilitat.

BANC DE SANG I TEIXITS	**Detecció de Mycoplasma (ATP-luminescència)**
	CEL025

Informació administrativa

Codi BST: CEL025
Descripció de la prova: Detecció Mycoplasma (ATP-luminescència)
Sinònims: Detecció de Mycoplasma (ATP)
Secció: Laboratori Cel·lular
Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí.

Perfils:
No aplica

Referències

No aplica

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell d'Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.